

Số: 1347/ATBXHN-PCTT

V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch
số 13/2014/TTLT-BKHHCN-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHHCN) và Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 09/6/2014 có hiệu lực thi hành, trong quá trình triển khai áp dụng trong thực tế một số Sở Khoa học và Công nghệ đã có ý kiến phản ánh tới Bộ KHHCN về bất cập liên quan đến áp dụng quy định về kích thước phòng đặt thiết bị X quang quy định tại Phụ lục I của Thông tư 13 khi xem xét cấp gia hạn giấy phép đối với cơ sở X quang.

Các ý kiến phản ánh nêu rằng, nhiều cơ sở X quang đã được cấp giấy phép với kích thước phòng đặt máy X quang theo tiêu chuẩn quy định cũ nhỏ hơn so với quy định mới tại Thông tư liên tịch số 13. Tuy nhiên, các cơ sở này đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc bảo đảm an toàn bức xạ của phòng máy nên nếu áp dụng tiêu chuẩn mới không cho phép các cơ sở này được tiếp tục hoạt động sẽ gây khó khăn cho cơ sở. Các ý kiến đề nghị cho phép các cơ sở đã được cấp giấy phép hoặc đã đầu tư, hoàn thành việc xây dựng phòng đặt máy X quang theo tiêu chuẩn cũ trước ngày Thông tư liên tịch số 13 có hiệu lực nên được xem xét được tiếp tục gia hạn giấy phép hoặc cấp giấy phép; đối với các cơ sở thành lập mới sẽ được quản lý theo quy định của Thông tư số 13.

Qua rà soát, đánh giá tác động của việc áp dụng quy định này trong thực tế, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) thấy rằng các ý kiến phản ánh là hợp lý và đang trao đổi với các cơ quan chức năng của hai Bộ để trình lãnh đạo hai Bộ xem xét sửa đổi Thông tư theo ý kiến đề nghị của các Sở KHHCN trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, quy trình liên quan đến việc sửa đổi Thông tư phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và do vậy cần có thời gian. Để bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân không bị gián đoạn và không gây khó khăn cho hoạt động của các cơ sở X quang, trong khi chờ văn bản chính thức về việc sửa đổi Thông tư số 13, đề nghị các Sở KHHCN xem xét cấp gia hạn giấy phép đối với các phòng máy X quang đảm bảo tiêu chuẩn về kích thước theo quy định cũ và bảo đảm các yêu cầu khác về an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 13; cấp giấy phép cho các cơ sở đã đầu tư và hoàn thành việc

xây dựng phòng máy X quang trước ngày Thông tư số 13 có hiệu lực, bảo đảm kích thước theo quy định của tiêu chuẩn cũ và bảo đảm các yêu cầu khác về an toàn bức xạ theo quy định của Thông tư số 13.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lê Quang Hiệp